Rapport d'un instrument imaginé par Mr Maigrot Chirurgien a Tanfonnieres pres langres pour l'operation de la taille.

L'instrument présenté a l'academie par M Maigrot est composé de deux pieces. La 1.ere est un catheter qui differe de celuy dont on se sert ordinairement en ce que la plus grande partie de la crenelure est a jour et qu'il part du manche qui est plus gros deux jumelles perforées a leur extremité pour laisser passer une vis qui sert de charniere a la seconde piece qui est un levier fort long qui decrit la mesme courbure que la sonde jusqu'a un pouce ou deux de son extremité et se termine par un manche qui a une courbure opposée a la 1.ere de la partie du levier qui repond au sillon de la sonde s'eleve une lame tranchante qui porte quinze a dix huit lignes de saillie, trois pouces de longueur et finit en demi croissant.

Mr Maigrot introduit la sonde dans la vessie il met ensuitte le levier entre les deux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 33 d 5 n° 14

jumelles et Lassujetir au moyen de lavis.
un aide releve Les bourses a la maniere ordinaire
et tend La peau Le plus quil est possible sur la
convexité de la sonde pendant quun autre
appuye du coté de Lanus ; La peau ainsy
tendue, Loperateur tient de la main ~~droite~~ gauche
Le manche de la sonde et de la ~~gauche~~ droite celuy
du levier et en baissant et appuyant cette
main il fait entrer La Lame saillante de
son Levier dans Le sillon de la sonde pour
couper dun mesme coup La peau la graisse
~~Lurètre~~ Les muscles Luretre et la vessie
et on finit Loperation a la methode ordinaire
Voila ceque M. e Maigrot a fait faire avec
son instrument, il est de bonne foy, il avoue
nen avoir pas fait Lepreuve sur Les cadavres
Nous avons eprouvé cet instrument sur plusieurs
cadavres et nous avons reconnu Les inconvenients
suivants.
1° Les instruments tranchants ne coupent quen
sciant et celuy cy est appliqué perpendiculairement
sur la partie
2° Le levier est fort long et le point dappuy

qui se trouve a la charniere qui est au manche est
trop eloigné et trop foible.

7.° En supposant que cet instrument peut couper
nettement on ne fait de section qu'aux teguments
et a l'uretre et on est fort eloigné du col de
la vessie, on coupe mesme beaucoup plus de
l'uretre qu'il n'est necessaire, et la section faite
on entre avec beaucoup de peine dans la
vessie

Ces considerations nous font ~~rejetter cet instrument~~ croire que l'academie
ne peut faire usage de cet instrument

Morand

Andouillé